

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL n.º 038, de 10 de maio de 1999.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12.11.1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 outubro de 1988, do COMETRO:

Considerando os elementos constantes do processo n.º 52600 004209/98, resolve:

Art.1º Autorizar a inclusão dos modelos PB-302 e SB-16000, de balança de funcionamento não automático, eletrônica, digital, marca METTLER TOLEDO, nas Portarias INMETRO/DIMEL n.ºs 112/97 e 113/97, respectivamente.

Modelo	Classe de Exatidão	Carga Máxima (g)	Valor de Divisão de Verificação (e=d) (g)	Carga Mínima (g)	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (mm x mm)
PB-302	II	310	0,01	0,2	180 x 166
SB-16000	II	16100	1	50	349 x 232

Art.2º Modelo, classe de exatidão, carga máxima, valor de divisão de verificação, carga mínima e dimensões do dispositivo receptor de carga: constantes do quadro abaixo.

Modelo	Classe de Exatidão	Carga Máxima (g)	Valor de Divisão de Verificação (e) (g)	Valor de Divisão de Verificação (e=d) (g)	Carga Mínima (g)	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (mm x mm)	Diâmetro do Dispositivo Receptor de Carga (Ømm)
PB-303DR	II	310	0,01 de 0 a 60 0,01 de 60 a 310	0,001 0,01	0,02		100
PB-602	II	610	0,1	0,01	0,5	180x166	
PB-3002DR	II	3100	0,1 de 0 a 600 0,1 de 600 a 3100	0,01 0,1	0,5	180x166	
PB-5002	II	5100	0,1	0,01	0,5	180x166	
SB-16001DR	II	16100	1 de 0 a 3200 1 de 3200 a 16100	0,1 1	5	349x232	
SB-24001DR	II	24100	1 de 0 a 4800 1 de 6400 a 32100	0,1 1	5	349x232	
SB-32001DR	II	32100	1 de 0 a 6400 1 de 6400 a 32100	0,1 1	5	349x232	

Art.3º Retificar as respectivas Portarias, no que se refere ao quadro em anexo, relativo aos valores de divisão de verificação (e), divisão real (d) e carga mínima, constantes do quadro a seguir.

Art.4º Retificar a de designação do modelo SB-3001 para SB-32001, constante do segundo parágrafo da Portaria INMETRO / DIMEL n.º 113/97.

Art.5º A presente Portaria está condicionada a manutenção das demais exigências constantes das respectivas Portarias de aprovação de modelo.


Art.6º Desenhos anexos à presente Portaria:

- 1 - Perspectiva da balança modelo PB-302.
- 2 - Perspectiva da balança modelo SB-16000.

Art.7º


Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 038 DE 10 DE maio DE 1999

	FABRICANTE:	METTLER - TOLEDO	COTAS EM:
	PERSPECTIVA DA BALANÇA DO MODELO PB 302		ESCALA: S/E
			ANEXO: 01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 038 DE 10 DE maio DE 1999



FABRICANTE:

METTLER - TOLEDO

COTAS EM:

PERSPECTIVA DA BALANÇA
DO MODELO SB-1600

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02