

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL n.º 060, de 22 de julho 1999.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12.11.1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “ g” , da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 outubro de 1988, do CONMETRO,

Considerando os elementos do Processo n.º 52600 002762/98, resolve:

Art.1º Autorizar, o modelo PS 180 de balança eletrônica digital, marca Urano, aprovado pela Portaria INMETRO/DIMEL n.º 075 de 29 de maio de 1996, a apresentar as seguintes opções de altura de coluna conforme quadro abaixo:

Modelo	Altura da coluna (mm)
PS 180	300
	450
	600
	750
	900
	1330

Art.2º Incluir os desenhos abaixo na presente Portaria:


1. Vista em corte do dispositivo receptor de carga destacando o plano de selagem do modelo PS 180.
2. Vista posterior do modelo PS 180.
3. Vista frontal do dispositivo indicador do modelo PS 180.
4. Vista lateral e quadro com as opções de altura da coluna do modelo PS180.
5. Vista em corte do dispositivo receptor de carga com a instalação da célula de carga do modelo PS180.

Art.3º O modelo PS180 com altura da coluna de 1330mm terá uso exclusivo para pesagem de pessoas conforme o constante da Portaria INMETR/DIMEL n.º 075/96.

Art.4º A presente autorização está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da citada Portaria de aprovação de modelo, naquilo que for pertinente.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 060 DE 22 DE JULHO DE 1999




FABRICANTE:
URANO INDÚSTRIA DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

VISTA EM CORTE DO DISPOSITIVO RECEPTOR DE
CARGA DESTACANDO O PLANO DE SELAGEM DO
MODELO PS 180

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 060 DE 22 DE JULHO DE 1999



FABRICANTE:
URANO INDÚSTRIA DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

VISTA POSTERIOR DO MODELO PS 180

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 060 DE 22 DE JULHO DE 1999




FABRICANTE:
URANO INDÚSTRIA DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

VISTA FRONTAL DO DISPOSITIVO INDICADOR DO
MODELO PS 180

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
03



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 060 DE 22 DE JULHO DE 1999




FABRICANTE:
URANO INDÚSTRIA DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

COTAS EM:

VISTA LATERAL E QUADRO COM AS OPÇÕES DE
ALTURA DA COLUNA DO MODELO PS 180

ESCALA:

ANEXO:
04



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 060 DE 22 DE JULHO DE 1999



FABRICANTE:
URANO INDÚSTRIA DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

VISTA EM CORTE DO DISPOSITIVO RECEPTOR DE
CARGA A CARGA INSTALAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA
DO MODELO PS 180

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
05