

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - MIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/Nº 141, de 23 de outubro de 1986.

O Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, usando das atribuições que lhe confere o item 4.1, letra "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 01/82, baixada pelo CONMETRO em 27 de abril de 1982, resolve:

Aprovar, para medição comercial de massa, os modelos 119-A, 119-B e 119-C de balança não automática, marca SATURNO, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização do exame inicial e das aferições periódicas.

1 CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS:

1.1 Fabricante: Saturno Indústria e Assistência Técnica de Balanças Ltda.

Endereço: Rua Campos Salles, 55, Niterói, Canoas - RS.

1.2 Descrição: Balança não automática, de braços desiguais, variáveis linearmente, composta.

1.3 Marca: SATURNO

1.4 Modelos: 119-A, 119-B e 119-C

1.5 Cargas máximas: 1000 kg, 1500 kg e 2000 kg, respectivamente.

1.6 Elementos indicadores:

1.6.1 Cursor correção sobre escala metálica, graduada de 0 a 50 kg, com numeração de 5 em 5kg e divisões de 200g, 500g e 500g, para os modelos 119-A, 119-B e 119-C, respectivamente.

1.6.2 Cursor correção sobre escala metálica, graduada de 0 a 950 kg, para o modelo 119-A; de 0 a 1450 kg, para o modelo 119-B; e de 0 a 1950 kg, para o modelo 119-C, com divisões de 50 kg e numerada de 50 em 50 kg; possuindo entalhes em cada divisão.

1.7 Dispositivos complementares:

1.7.1 Dispositivo de trava.

1.7.2 Dispositivo de ajuste de zero.

1.7.3 Dispositivo de alívio da plataforma (opcional).

1.7.4 Rodas para o movimento do instrumento (opcional).

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 26 401 001 012/85.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 A balança deverá possuir placa de identificação, em local de fácil visibilidade, indicando:

a) marca ou nome do fabricante;

b) endereço do fabricante;

c) designação do modelo;

- d) carga máxima;
- e) nº de série e ano de fabricação; e,
- f) nº da Portaria de Aprovação do Modelo.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Exame inicial: Será procedido na fábrica e consistirá na execução ensaios previstos no item 10.5 da Portaria MTIC nº 63/44.

4.2 Aferições periódicas: Serão procedidas anualmente e consistirão na execução dos ensaios previstos no item 10.5 da Portaria MTIC nº 63/44.


4.3 Tolerâncias: No exame inicial e nas aferições periódicas serão aplicadas as tolerâncias constantes do item 10.3 da Portaria MTIC nº 63/44.

4.4 Sinal de aferição: O sinal de aferição, identificador do Órgão Metrológico e do ano da execução do exame, será apostado próximo aos elementos indicadores.

5 DESENHO ANEXO À PRESENTE PORTARIA:

5.1 Vista frontal.

Masao Ito
Presidente do INMETRO



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 141 DE 23 DE outubro DE 1986



FABRICANTE:
SATURNO-IND. E ASSIST. TÉCNICA DE BALANÇAS LTDA.

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
1

VISTA FRONTAL