

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 050 , de 11 de abril de 2 000.**

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, o modelo UHV-Y1 de hidrômetro, marca ABB NANSEN, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

- 1 **CARACTERÍSTICAS DO MODELO:**
 - 1.1 Fabricante : ABB NANSEN MEDIDORES DE ÁGUA S.A.
Endereço: Av. Lincoln Alves dos Santos, nº 944 – Montes Claros – MG.
 - 1.2 Descrição : Hidrômetro taquimétrico para água fria, unijato, magnético.
 - 1.3 Classe metrológica: “ A ”
 - 1.4 Vazão nominal: 0,75 m³/h.
 - 1.5 Diâmetros nominais: DN 15 e DN 20.
 - 1.6 Comprimento: 115 mm.
 - 1.7 Dispositivo indicador : Constituído por 4 (quatro) cilindros ciclométricos, para indicação de metros cúbicos e 3 (três) cilindros ciclométricos e 1 (hum) ponteiro em escala circular, para indicação dos submúltiplos.
 - 1.7.1 Indicação máxima : 9 999 m³.
 - 1.7.2 Menor divisão : 0,000 1 m³.
- 2 **ESPECIFICAÇÕES :**
 - 2.1 Temperatura máxima : 40° C.
 - 2.2 Pressão máxima de trabalho : 1 MPa.
- 3 **FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS :**
 - 3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52 600 000 762 /2000
- 4 **CONTROLE METROLÓGICO :**
 - 4.1 Verificações e erros máximos permitidos : As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.
- 5 **MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM :**
 - 5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma **“SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--”** (nº e ano).

5.2 A marca de selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:
S1 - Na proteção do dispositivo de ajuste.

6 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA :

6.1 Vista interna.

6.2 Vista externa e marca de selagem.


6.3 Vista do mostrador.

7 ENTRADA EM VIGOR :

7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.


ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 050 DE 11 DE abril DE 2000

	FABRICANTE: ABB NANSEN MEDIDORES DE ÁGUA S/A	COTAS EM:
	VISTA DO MOSTRADOR	ESCALA:
	MODELO UHV-Y1 - Qn 0,75 m³/h - DN 15 / 20 - UNIJATO - MAGNÉTICO - CLASSE A – COMPRIMENTO 115 mm	ANEXO: 01



- Altura total: 90,00

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 050 DE 11 DE abril DE 2000



FABRICANTE: ABB NANSSEN MEDIDORES DE ÁGUA S/A


COTAS EM:

VISTA INTERNA

ESCALA:

MODELO UHV-Y1 - Qn 0,75 m³/h - DN 15 / 20 - UNIJATO - MAGNÉTICO
- CLASSE A - COMPRIMENTO 115 mm

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 050 DE 11 DE abril DE 2000



FABRICANTE: ABB NANSEN MEDIDORES DE ÁGUA S/A

COTAS EM:

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM

ESCALA:

MODELO UHV-Y1 - Qn 0,75 m³/h - DN 15 / 20 - UNIJATO - MAGNÉTICO
- CLASSE A - COMPRIMENTO 115 mm

ANEXO:
03