

**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO -
MICT**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 120, de 19 de agosto de 1996.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO,

Considerando os elementos constantes do processo nº 52600 003310/95;

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

1 - Aprovar as modificações do dispositivo indicador eletrônico digital, modelo 9091, marca TOLEDO, aprovado pela Portaria INMETRO/DIMEL nº 051, de 02 de junho de 1992 e modificado pela Portaria INMETRO/DIMEL nº 005, de 25 de janeiro de 1993, descritas a seguir:

- a) novo formato do gabinete, em caráter opcional, conforme desenho anexo; e
- b) cancelamento da função de visualização do peso médio por peça programado através do acionamento simultâneo das teclas "FI" e "4". O subitem 1.7.1 da Portaria INMETRO/DIMEL nº 051/92 passa a ter a seguinte redação quanto à alínea "f":


F1 - desativada

2 - DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

- a) Perspectiva e plano de selagem do dispositivo indicador modelo 9091.
- b) Vista posterior do dispositivo indicador modelo 9091.
- c) Vistas do teclado e frontal do dispositivo indicador modelo 9091.

3 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 120 DE 19 DE agosto DE 1996



FABRICANTE:


TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA.

Perspectiva e plano de selagem do dispositivo indicador
modelo 9091

COTAS
EM:

ESCALA:
S/E

ANEXO:
1



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 120 DE 19 DE agosto DE 1996



FABRICANTE:


TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA.

Vista posterior do dispositivo indicador modelo 9091


COTAS
EM:

ESCALA:
S/E

ANEXO:
2



TECLADO



DISPOSITIVO INDICADOR

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 120 DE 19 DE agosto DE 1996



FABRICANTE:

TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA.

Vistas do teclado e frontal do dispositivo indicador modelo
9091

COTAS
EM:

ESCALA:
S/E

ANEXO:
3