

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 120, de 30 de julho de 2002.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO,

Considerando os elementos constantes do processo nº 52600 002568/2002, resolve:

Art. 1º - Autorizar, em caráter opcional, a inclusão do modelo DISOMAT B-PLUS na versão mesa, do dispositivo indicador, eletrônico digital, marca SCHENCK, aprovado pela Portaria INMETRO/DIMEL nº 150 de 05 de outubro de 2001.


Art. 2º - Incluir os desenhos abaixo na presente Portaria.

- 1 – Perspectiva do dispositivo indicador DISOMAT B-PLUS versão de mesa,
- 2 – Vista frontal do dispositivo indicador e teclado do DISOMAT B-PLUS,
- 3 – Vista posterior e plano de selagem do dispositivo indicador DISOMAT B-PLUS,
- 4 – Vista da placa de identificação do dispositivo indicador DISOMAT B-PLUS.

Art.3º - A presente autorização está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da respectiva Portaria de aprovação de modelo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 120 DE 30 DE julho DE 2002



FABRICANTE:


SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

PERSPECTIVA DO DISPOSITIVO INDICADOR DISOMAT B-PLUS
VERSÃO DE MESA.

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 120 DE 30 DE julho DE 2002



FABRICANTE:


SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

VISTA FRONTAL DO DISPOSITIVO INDICADOR E TECLADO DO
DISOMAT B-PLUS.

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02



VISTA POSTERIOR E PLANO DE SELAGEM DO DISPOSITIVO INDICADOR DISOMAT B-PLUS.

Os cabos estão distribuídos das seguintes formas:

1. Entrada Digital
2. Saídas Digitais
3. Interface S1
4. Interface S2
5. Conexão da placa Fieldbus (opcional), por ex. Profibus ou S3 em VSS20400
6. Saída analógica (opcional)
7. Livre, por ex. para S4 em VSS20400, ou tensão auxiliar
8. Fonte de energia, aqui: 230v
9. Conexão para célula
10. Standby

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 120 DE 30 DE julho DE 2002



FABRICANTE:

SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

VISTA POSTERIOR E PLANO DE SELAGEM DO DISPOSITIVO
INDICADOR DISOMAT B-PLUS.

COTAS EM:
mm


ESCALA:
S/E

ANEXO:
03

FIG. 1



FIG. 2



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 120 DE 30 DE julho DE 2002



FABRICANTE:

SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

COTAS EM:
mm

VISTA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO INDICADOR
DISOMAT B-PLUS.

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04