

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 186, de 29 de outubro de 1996.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar o modelo MTY-A2 de hidrômetro, marca NANSEN, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante: NANSEN DO NORDESTE S.A.

Endereço: Av. Lincoln Alves dos Santos, 944 - Montes Claros - MG.

1.2 Descrição: Hidrômetro taquimétrico para água fria, classe B, multijato, magnético.

1.3 Vazão nominal: 1,5 m³/h.

1.4 Diâmetro nominal: DN 15 e DN 20.

1.5 Dispositivo indicador: Constituído por 4 (quatro) cilindros ciclométricos para indicação de metros cúbicos e, para indicação dos submúltiplos, 3 (três) cilindros e 1 (um) ponteiro em escala circular.

1.5.1 Indicação máxima: 9 999 m³.

1.5.2 Menor divisão: 0,000 1 m³.

2 ESPECIFICAÇÕES:

2.1 Temperatura máxima: 40°C.

2.2 Pressão máxima de trabalho: 1 Mpa.

3 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600 002660/94.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificações e erros máximos permitidos: As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.

5 MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM:

5.1 Será aposto no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma "SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--" (nº e ano).

5.2 A marca de selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:

S1 - Na proteção do dispositivo de ajustagem.

6 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:


6.1 Vista de planta e marca de selagem.

6.2 Vista interna.

7 ENTRADA EM VIGOR:


7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e revoga a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 197, de 23 de novembro de 1995.

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 186 DE 29 DE outubro DE 1996

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	NANSEN DO NORDESTE S.A.	
	VISTA INTERNA	ESCALA:
	MODELO MTY-A2 / Qn1,5 / DN15 – DN20	ANEXO:
		01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 186 DE 29 DE outubro DE 1996

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	NANSEN DO NORDESTE S.A.	
	VISTA DE PLANTA	ESCALA:
	MODELO MTY-A2 / Qn1,5 / DN15 – DN20	ANEXO:
		02