

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 082, de 21 de outubro de 1991.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO através da Portaria nº 085, de 04/06/1990, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO , resolve:

Aprovar, para pesagem de gado os modelos BV-1, BV-2 e BV-3 de balança não automática, marca BREMEN, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização da verificação inicial e das verificações periódicas.

1 CARACTERÍSTICOS DOS MODELOS:

1.1 Fabricante: Metalúrgica Wilkens Ltda.

Endereço: Rua Pedro I, 111 – Rolândia – PR

1.2 Descrição: Balança não automática de braços desiguais, variáveis linearmente ou balança de cursor ou Romana composta.

1.3 Marca: BREMEN

1.4 Modelo, carga máxima, carga mínima, menor divisão, escala, amplitude da haste, numeração da haste e dimensões do dispositivo receptor de carga: Constantes do quadro abaixo:

Modelo	Carga Máxima (kg)	Carga Mínima (kg)	Menor Divisão (kg)	Escala	Amplitude da Haste (kg)	Numeração Da Haste (kg)	Dimensões do Disp. Receptor de Carga Comp larg (m)
BV-1	1500	25	1	1ª	0 a 100	1 em 1	2,80x1,40
				2ª	0 a 1400	50 em 50	
BV-2	2000	25	1	1ª	0 a 100	1 em 1	2,80x1,80
				2ª	0 a 1900	50 em 50	
BV-3	3000	25	1	1ª	0 a 100	1 em 1	3,00x2,00
				2ª	0 a 2900	50 em 50	

1.5 Dispositivo Indicador:

1.5.1 Peso correção destinado a deslizar continuamente sobre haste graduada 1ª escala, com amplitude, menor divisão e manutenção, constantes do quadro do item 1.4.

1.5.2 Peso correção destinado a ser colocado em posições definidas da haste graduada 2ª escala, possuindo entalhes a cada menor divisão, com amplitude e numeração constantes do quadro do item 1.4.

1.6 Dispositivos complementares:

1.6.1 Dispositivo de ajuste de zero não automático;

1.6.2 Dispositivo de trava; e

1.6.3 Grade protetora.

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do processo nº 08550 000 620/90.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 Os modelos a que se refere a presente Portaria deverão trazer em local de fácil visibilidade, as seguintes indicações:

- a) marca ou nome do fabricante;
- b) endereço do fabricante;
- c) designação do modelo;
- d) nº de série e ano de fabricação;
- e) nº da Portaria de Aprovação de Modelo;
- f) carga máxima;
- g) carga mínima; e
- h) menor divisão.

3.2 As inscrições relativas as alíneas "d", "f", "g" e "h", do item 3.1, deverão constar no dispositivo indicador (haste graduada) próximo ao resultado da pesagem.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificações e tolerâncias: Conforme Portaria MTIC nº 63/44 e normas de procedimento pertinentes.

4.2 Marca de verificação: A marca de verificação, identificadora do Órgão Metrológico e do ano da execução do exame, será aposta na parte frontal do instrumento.

5 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:


5.1 Perspectiva dos modelos BV-1, BV-2 e BV-3.

5.2 Vista frontal do dispositivo indicador dos modelos BV-1 BV-2 e BV-3.

6 ENTRADA EM VIGOR:

6.1 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Jorge de Almeida Diniz
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 082 DE 21 DE OUTUBRO DE 1991



FABRICANTE:


METALÚRGICA WILKENS LTDA.

COTAS EM:

ESCALA:

PERSPECTIVA DOS MODELOS BV-1, BV-2 E BV-3

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 082 DE 21 DE OUTUBRO DE 1991



FABRICANTE:

METALÚRGICA WILKENS LTDA.

COTAS EM:

VISTA FRONTAL DO DISPOSITIVO INDICADOR DOS
MODELOS BV-1 BV-2 E BV-3

ESCALA:

ANEXO:
02