

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 249, de 29 de dezembro de 2004.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO,

Considerando os elementos constantes do Processo INMETRO nº 52600 003251/04, apresentados pela requerente Schenck do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e;

Considerando o resultado de análise realizada por este Instituto, resolve:

Art. 1º - Autorizar em caráter opcional, a alteração dos desenhos anexos à Portaria INMETRO/DIMEL nº 220 de 25 novembro de 2002, referente à aprovação do dispositivo indicador, eletrônico, digital, modelo DISOMAT F-P, marca SCHENCK.

Art. 2º - A presente autorização está condicionada à manutenção das exigências constantes da respectiva Portaria de aprovação de modelo.


Art. 3º - Incluir os desenhos anexos à presente Portaria:

- 1- Vista frontal do dispositivo indicador modelo DISOMAT F-P.
- 2- Vista em perspectiva mostrando plano de selagem do dispositivo indicador modelo DISOMAT F-P.
- 3- Vista posterior mostrando as conexões do dispositivo indicador modelo DISOMAT F-P.
- 4- Vista das etiquetas de identificação do dispositivo indicador modelo DISOMAT F-P.
- 5- Vista da etiqueta de lacre do contato de calibração do dispositivo indicador modelo DISOMAT F-P.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

CESAR LUIZ LEAL MOREIRA DA SILVA
Diretor Substituto de Metrologia Legal

FUNÇÕES DO TECLADO NA POSIÇÃO INICIAL E EM MODO DE PROGRAMAÇÃO



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº249 DE 29 DE dezembro DE 2004



FABRICANTE:


SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

VISTA FRONTAL DO DISPOSITIVO INDICADOR
MODELO DISOMAT F-P

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº249 DE 29 DE dezembro DE 2004



FABRICANTE:

SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA


VISTA EM PERSPECTIVA MOSTRANDO PLANO DE
SELAGEM DO DISPOSITIVO INDICADOR MODELO
DISOMAT F-P

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO
02

CONEXÕES DA TRASEIRA DO DISOMAT F-P



FD— ALIMENTAÇÃO 12 VCC

FP— ALIMENTAÇÃO DO PC PARA DISOMAT

XIO — ENTRADAS E SAIDAS DIGITAIS

XPC — EDP/PC (Comunicação serial com PC)

XPR — IMPRESSORA

X8 —CÉLULA DE CARGA

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº249 DE 29 DE dezembro DE 2004



FABRICANTE:

SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

COTAS EM:
mm

VISTA POSTERIOR MOSTRANDO AS CONEXÕES DO
DISPOSITIVO INDICADOR MODELO DISOMAT F-P

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03

FIG. 1

 SCHENCK Schenck do Brasil Ind. Com. Ltda Rua Arnaldo Magnicaro, 500 Cep 04691-903 São Paulo-SP CNPJ:43.626.407/0001-31	
Modelo:	
Portaria:	Nº Série:
n(max)=	Classe de exatidão: III
Registro:	Ano de Fabricação:

FIG. 2

 SCHENCK Schenck do Brasil Ind. Com. Ltda CNPJ: 43.626.407/0001-31 São Paulo - SP Rua Arnaldo Magnicaro, 500 cep 04691-903			
Max =	n(max) =	Classe de Exatidão : III	
Min =	n =		

FIG. 3

INTERDITADO PARA VENDA DIRETA AO PÚBLICO PERÍODO DE PRÉ AQUECIMENTO: 15 MINUTOS		
Net = Líquido	G=8	pT=Tp

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº249 DE 29 DE dezembro DE 2004



FABRICANTE:


SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

COTAS EM:
mm

VISTA DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO
DISPOSITIVO INDICADOR MODELO DISOMAT F-P

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N°249 DE 29 DE dezembro DE 2004



FABRICANTE:

SCHENCK DO BRASIL IND. COM. LTDA

COTAS EM:
mm

VISTA DA ETIQUETA DE LACRE DO CONTATO DE
CALIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO INDICADOR MODELO
DISOMAT F-P

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05