

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 055, de 25 de abril de 2005.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, ressalvados os aspectos legais de importação, para utilização em bomba medidoras de combustíveis líquidos, o modelo Flux Device de dispositivo medidor volumétrico, marca Aile, cujos característicos principais são os seguintes:

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Designação: Dispositivo Medidor

1.2 Marca: Aile

1.3 Modelo: Bloco medidor - Flux Device

1.4 Fabricante: AILE Oil Equipment Manufacturing Co. Ltd.

Endereço: Republica Popular da China. – Tianjin, China

1.5 Importador: Bremen Importadora de Equipamentos para Lubrificação Ltda.

Endereço: Rua Padre Maximiliano Kolbe 177 pav 03 – Porto Alegre - RS

1.6 Descrição: bloco medidor mecânico, constituído basicamente por corpo, flanges cabeçote injetados em alumínio, camisas em aço inox e vedação em "viton".

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenho constante do Processo nº 52600 005085/04.

3 ESPECIFICAÇÕES:

3.1 Volume cíclico: 0,5 litros

3.2 Vazão máxima: 100 l/min

3.3 Vazão mínima: 5 l/min

3.4 Pressão máxima de funcionamento: 0,12 Mpa

3.5 Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,30 Mpa

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

4.1 O instrumento deverá possuir placa de identificação com as seguintes indicações:

a) marca do fabricante;

b) nome e endereço do Importador

- c) n.º de série; e,
- d) n.º de Portaria de Aprovação do Modelo

5 MARCA DE SELAGEM:

5.1 A selagem obedecerá ao seguinte plano de selagem:

S1 – no disco de regulagem do dispositivo medidor


6 DESENHO ANEXO À PRESENTE PORTARIA:

6.1 Vista externa em perspectiva do modelo Bloco medidor - Flux Device

7 ENTRADA EM VIGOR:

7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 055 DE 25 DE abril DE 2005



FABRICANTE:

AILE Oil Equipment Manufacturing Co Ltd.

IMPORTADOR:

Bremen Importadora de Equipamentos para lubrificação Ltda.


COTAS EM:

ESCALA:

Vista externa e plano de selagem do
dispositivo medidor modelo Flux Device

ANEXO:

01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 055 DE 25 DE abril DE 2005



FABRICANTE:

AILE Oil Equipment Manufacturing Co Ltd.

IMPORTADOR:

Bremen Importadora de Equipamentos para lubrificação Ltda.

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:
02

Vista externa frontal do
dispositivo medidor modelo Flux Device