

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 112, de 22 de julho de 2005.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO.

Considerando a documentação apresentada pela firma EMBRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, constante do Processo INMETRO nº 52600 003242/05 com vista à alteração da Portaria INMETRO/DIMEL Nº 222 de 17 de novembro de 2004, referente ao modelo DRJ-10 de medidor de comprimento de fios e cabos, resolve:

Art. 1º - Autorizar o reposicionamento da placa de identificação conforme anexos 01 e 03.

Art. 2º - Autorizar a retirada da palavra "alumínio" no item 03-CONE DE ALUMÍNIO constante no anexo 01.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura


Anexo 01-Vista em perspectiva do medidor de fios e cabos Mod.: DRJ-10

Anexo 03-Vista frontal e de topo do conjunto c/vista da placa de identificação Mod. DRJ-10

Parágrafo Único – Ficam mantidas as demais características e disposições da Portaria INMETRO/DIMEL Nº 222 de 17 de novembro de 2004.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal



13	BASE DO CONTADOR – CHAPA DE AÇO SAE–1020	01
12	RODA MEDIDORA – AÇO SAE–1020	01
11	RODA DE APOIO – CHAPA DE AÇO SAE–1020	01
10	ALAVANCA – CHAPA DE AÇO SAE–1020	01
09	CABO P/ ENROLAR FIOS – MADEIRA	01
08	CONJUNTO DA FACA	01
07	CONTADOR (VEEDER ROOT DO BRASIL S/A) – (6 DÍGITOS C/ INDICAÇÃO MÁX.= 9999,99)	01
06	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/PORTARIA INMETRO/DIMEL	01
05	LIMITADOR DE FIOS – CHAPA DE AÇO SAE–1020	05
04	CONJUNTO DO SUPORTE DO CHAPÉU – AÇO SAE–1020	02
03	CONE	02
02	RÉGUAS DE FIXAÇÃO – AÇO SAE–1020	02
01	BASE – CHAPA DE AÇO SAE–1020	01
ITEM	DENOMINAÇÃO	QTDE

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 112 DE 22 DE julho DE 2005




FABRICANTE:
EMBRATA Ind. e Com. de Equipamentos Ltda - EPP

VISTA EM PERSPECTIVA DO MEDIDOR DE FIOS E
CABOS MOD.: DRJ-10

COTAS EM:
mm

ESCALA:
-

ANEXO:
01



FABRICANTE: EMBRATA Ind.Com. de Equip. Ltda. EPP Fone/Fax: (0xx11) 4513-8665 / 4546-1608 Fone: 4555-2777 Endereço: R. Presidente Wenceslau Brás nº320 Parque São Vicente - Mauá - SP www.embrata.com.br		100
PORTARIA INMETRO/DIMEL N° XXXX /YY MODELO: DRJ-10 N° SÉRIE: XXXX ANO DE FABRICAÇÃO: XX /YY CLASSE III INDICAÇÃO: 0,01m VELOC. MÁX. 500 rpm		
UTILIZADO PARA MEDIÇÕES DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS COM SEÇÃO CIRCULAR DE NO MÍNIMO 0,5mm² A MÁXIMA 20mm².		
USO VEDADO A MEDIÇÃO INFERIOR A 2 METROS		
110		

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 112 DE 22 DE julho DE 2005



FABRICANTE:
EMBRATA Ind. e Com. de Equipamentos Ltda - EPP

VISTA FRONTAL E DE TOPO DO C/ VISTA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MOD.: DRJ-10

COTAS EM:
 mm

ESCALA:
 -

ANEXO:
 03