

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - MIC
INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS – INPM

Portaria INPM/Nº 39, de 22 de maio de 1972.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos da legislação metrológica vigente, e de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto- lei nº 240, de 28 de fevereiro de 1967,

CONSIDERANDO que o medidor de watt-hora, de indução, monofásico, de fabricação da Aprel- Aparelhos de Precisão S/A- Indústria e Comércio (Brasil), satisfaz às exigências constantes da Portaria nº 58, de 16 de março de 1966, do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, nos Termos do Certificado de Ensaio referente ao Processo INPM- 000172/72,

RESOLVE aprovar o modelo do referido medidor, cujas características são as seguintes:

Fabricante: APREL- Aparelhos de Precisão S/A. Indústria e Comércio.

Tipo: M7L3

Número de fios: 2

Número de ímãs: 1

Relação entre a corrente máxima e a corrente nominal: 6,67

Velocidade angular do elemento móvel à carga nominal: $16 \frac{2}{3}$ r.p.m. (para 120 V e 240 V).

Rio de Janeiro, 22 de maio de 1972.

Moacir Reis
Diretor- Geral