

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - MIC
INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS – INPM

Portaria INPM Nº 4, de 1 de fevereiro de 1974.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos da legislação metrológica vigente, e de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto- lei nº 240, de 28 de fevereiro de 1967,

CONSIDERANDO que o medidor de watt-hora, de indução, monofásico, de fabricação da APREL- Aparelhos de Precisão S/A Indústria e Comércio (Brasil), satisfaz às exigências constantes da Portaria nº 58, de 16 de março de 1966, do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, nos Termos do Certificado de Ensaio referente ao Processo INPM- 002.484/73,

RESOLVE aprovar o modelo do referido medidor, cujas características são as seguintes:

Fabricante: APREL- Aparelhos de Precisão S/A.

Modelo: M5C3v

Número de fios: 2

Número de ímãs: 1

Relação entre a corrente máxima e a corrente nominal: 5

Velocidade angular do elemento móvel à carga nominal: 15 r.p.m. (para 120 V e 240 V).

Sistema de mancais convencionais

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1974.

Moacir Reis

Diretor- Geral