

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - MIC
INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS – INPM

Portaria INPM/Nº 49, de 20 de agosto de 1974.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos da legislação metrológica vigente, e de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto- Lei nº 240, de 28 de fevereiro de 1967,

CONSIDERANDO que o medidor de watt-hora, de indução, monofásico, de fabricação da NANSEN S. A. – Instrumentos de Precisão (Brasil), satisfaz às exigências constantes da Portaria nº 58, de 16 de março de 1966, do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, nos Termos do Certificado de Ensaio referente ao Processo INPM- 10 423/74,

RESOLVE aprovar o modelo do referido medidor, cujas características são as seguintes:

Fabricante: NANSEN.

Modelo: M-2A

Número de fios: 3

Número de ímãs: 1

Relação entre a corrente máxima e a corrente nominal: 6,67

Velocidade angular do elemento móvel à carga nominal: $16 \frac{2}{3}$ r.p.m. (para 120 V e 240 V).

Suspensão magnética no mancal inferior

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1974.

Moacir Reis

Diretor- Geral