

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - MIC
INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS – INPM

Portaria INPM/Nº 29, de 4 de fevereiro de 1975.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E MEDIDAS, no desempenho de suas atribuições legais, nos termos da legislação metrológica vigente, e de acordo com o disposto no art. 4º do Decreto- Lei nº 240, de 28 de fevereiro de 1967,

CONSIDERANDO que o medidor de watt-hora, de indução, monofásico, de fabricação da General Electric do Nordeste S/A. (Brasil), satisfaz às exigências constantes da Portaria nº 58, de 16 de março de 1966, do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, nos Termos do Certificado de Ensaio referente ao Processo INPM- 000887/74,

RESOLVE aprovar o modelo do referido medidor, cujas características são as seguintes:

Fabricante: General Electric do Nordeste S/A.

Modelo: I – 54 F

Número de fios: 2

Número de ímãs: 1

Relação entre a corrente máxima e a corrente nominal: 5

Velocidade angular do elemento móvel à carga nominal: $16 \frac{2}{3}$ r.p.m. (para 120 V e 240 V).

Sistema de mancais convencional

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1975.

Moacir Reis

Diretor- Geral