

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel/N.º 209, de 04 de outubro de 2006.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO.

Aprovar, ressalvados os aspectos legais de importação, o modelo MX 120S de bico de descarga marca MaximuS 120S, para uso em bombas medidoras de combustíveis líquidos, cujos característicos principais e instruções são os seguintes:

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante: AILE Oil Equipment Manufacturing Co., Ltd

Endereço: 128#Chunyi Road, Huangdu Industrial Park, Jiading District, Shanghai, China

1.2 Requerente: Stok Air Automação Ltda

Endereço: Rua Tamoios, 850 – Curitiba – PR

1.3 Marca: MaximuS 120S

1.4 Modelo: MX 120S

1.5 Tipo: automático

1.6 Descrição: bico de descarga constituído basicamente por corpo e ponteira em alumínio, com dispositivo para desligamento automático.

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenho constante do Processo nº 52600.026677/2006-14/.

3 ESPECIFICAÇÕES:

3.1 Vazão máxima: 120 l/min

3.2 Vazão mínima: 40 l/min

3.3 Pressão máxima de funcionamento: 0,18 Mpa

3.4 Diâmetro externo da ponteira: 30,0 mm

3.5 Diâmetro interno da ponteira: 25,4 mm

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

4.1 No corpo do bico de descarga deverão estar gravadas as seguintes indicações:

a) marca do fabricante;

- b) nome e endereço do Importador
- c) n.º de série; e,
- d) n.º de Portaria de Aprovação do Modelo

5 DESENHO ANEXO À PRESENTE PORTARIA:

5.1 Vista externa em perspectiva

6 ENTRADA EM VIGOR:

6.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 209 DE 04 DE outubro DE 2006.



FABRICANTE:
AILE Oil Equipment Manufacturing Co., Ltda
REQUERENTE:
Stok Air Automação Ltda.

COTAS EM:
mm

VISTA EXTERNA EM PERSPECTIVA INTERNA

ESCALA:
Sem escala

MODELO MX 120S

ANEXO:
01