

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MIDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 259, de 07 de dezembro de 2006

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO,

Considerando a solicitação constante do Processo nº 52600.048857/06-49, com vistas a inclusão das Pressões máximas de trabalho de 50kPa, classe de pressão (PN) 0,5 e 20kPa, classe de pressão (PN) 0,2, no medidor de volume de gás modelo GALLUS 1000 G1.6, marca ACTARIS, tipo diafragma, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel nº 009/2003, resolve:

Art. 1º - Alterar o subitem 1.7 da referida Portaria, que passará a ter a seguinte redação:

1.7 Pressões máximas de trabalho (Pmax):

1.7.1 Pmax 100kPa – PN 1.

1.7.2 Pmax 50kPa – PN 0,5.

1.7.3 Pmax 20kPa – PN 0,2.

Art. 2º - Alterar a letra "e" do subitem 5.1 da referida Portaria, que passará a ter a seguinte redação:

5.1 e) Pressão máxima de trabalho (Pmax) em kPa.

Art. 3º - Alterar o subitem 6.1 e incluir os subitens 6.4 e 6.5 à referida Portaria, que passarão a ter a seguinte redação:


6.1 Anexo 1.a - Vista do mostrador Pmax 100kPa – PN 1.

6.4 Anexo 4 - Vista do mostrador Pmax 50kPa – PN 0,5.

6.5 Anexo 5 - Vista do mostrador Pmax 20kPa – PN 0,2.


Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

JORGE LUIZ SEEWALD
Diretor de Metrologia Legal




DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 259 DE 07 DE dezembro DE 2006

	FABRICANTE: ACTARIS ARGENTINA S. A.	COTAS EM: mm
	REPRESENTANTE: ACTARIS LTDA.	
	DESIGNAÇÃO DO MODELO MEDIDOR DIAFRAGMA GALLUS 1000 G1,6 VISTA DO MOSTRADOR Pmax 100 kPa – PN 1	ESCALA: SEM ESCALA ANEXO: 1.a



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 259 DE 07 DE dezembro DE 2006

	FABRICANTE: ACTARIS ARGENTINA S. A. REPRESENTANTE: ACTARIS LTDA.	COTAS EM: mm
	DESIGNAÇÃO DO MODELO MEDIDOR DIAFRAGMA GALLUS 1000 G1,6 VISTA DO MOSTRADOR Pmax 50kPa – PN 0,5	ESCALA: SEM ESCALA
		ANEXO: 4



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 259 DE 07 DE dezembro DE 2006

	FABRICANTE: ACTARIS ARGENTINA S. A.	COTAS EM: mm
	REPRESENTANTE: ACTARIS LTDA.	
	DESIGNAÇÃO DO MODELO MEDIDOR DIAFRAGMA GALLUS 1000 G1,6 VISTA DO MOSTRADOR Pmax 20 kPa – PN 0,2	ESCALA: SEM ESCALA
		ANEXO: 5