

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 021, de 18 de janeiro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO.

Considerando que a solicitação constante do processo 52600.050.526/2006, não contraria a Legislação Metrológica vigente, resolve:

Art. 1º - Alterar os subitens 1.3 e 1.6.2 da PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 161 de 16 de setembro de 2004, que passará a ter a seguinte redação:

1.3 - Classes metrológicas: A(V) B(H) ou B(H).

1.6.2 – Menor divisão: 0,00002 m³

Art. 2º - Substituir os anexos 01, 02 e 03 da PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 161 de 16 de setembro de 2004.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Anexos:



01A - Vista do mostrador.

02A - Vista explodida

03A - Vista externa e marca de selagem.

JORGE LUIZ SEEWALD
Diretor de Metrologia Legal

VISTA DO MOSTRADOR




OPCIONAIS

- Anel de Proteção Lateral (1 e 2); – Logomarca do cliente (1 e 2) – Código de Barras (1 e 2)
- Classe A(V) B(H) ou B(H) – Volume Máximo Registrável 9.999 m³ (1 e 2) – Relojoaria Metal-Vidro (1) – Relojoaria cúpula de plástico (2) – Relojoaria com Giro Livre 360° ou com stop 355° (1 e 2) – Dispositivo Opcional de Segurança (2)

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 021, DE 18 DE janeiro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	
	VISTA DO MOSTRADOR HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO IM-T5i Qn= 2,5m³/h DN15 e 20mm CLASSE A(V) B(H) ou B(H)	ESCALA: S/E ANEXO: 01A

VISTA EXPLODIDA




COMPRIMENTO - L	BITOLA - DN
190	20

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 021, DE 18 DE janeiro DE 2007

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	
	VISTA EXPLODIDA HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO IM-T5i Qn= 2,5m³/h DN15 e 20mm CLASSE A(V) B(H) ou B(H)	ESCALA: S/E ANEXO: 02A

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM



COMPRIMENTO – L	BITOLA – DN
190	20

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 021, DE 18 DE janeiro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	
	VISTA DO EXTERNA E MARCA DE SELAGEM HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO IM-T5i $Q_n = 2,5\text{m}^3/\text{h}$ DN15 e 20mm CLASSE A(V) B(H) ou B(H)	ESCALA: S/E ANEXO: 03A