

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 013, de 18 de janeiro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO.

Considerando que a solicitação constante do processo 52600.050.526/2006, não contraria a Legislação Metrológica vigente, resolve:

Art. 1º - Alterar os subitens 1.3 e 1.6.2 da PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 174 de 14 de dezembro de 2000, que passará a ter a seguinte redação:

1.3 - Classes metrológicas: A(V) B(H) ou B(H).

1.6.2 - Menor divisão: 0,00002 m³

Art. 2º - Substituir os anexos 01, 02 e 03 da PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 174 de 14 de dezembro de 2000.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Anexos:



01A - Vista do mostrador.

02A - Vista explodida

03A - Vista externa e marca de selagem.

JORGE LUIZ SEEWALD
Diretor de Metrologia Legal

VISTA DO MOSTRADOR



OPCIONAIS

- Anel de Proteção Lateral (1 e 2) — Logomarca do cliente (1 e 2) — Código de Barras (1 e 2)
- Classe A(V) B(H) ou B(H) — Volume Máximo Registrável 9.999 m³(1 e 2)
- Relojoaria com Giro Livre 360° ou com stop 355° (1 e 2) — Pré-equipado para Saída Pulsada (2)
- Dispositivo Opcional de Segurança (1 e 2)


DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 013, DE 18 DE janeiro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	
	VISTA DO MOSTRADOR HIDROMETRO UNIJATO MAGNÉTICO IU-T3 Qn= 1,5m ³ /h DN15 e 20mm CLASSE A(V) B(H) ou B(H)	ESCALA: S/E ANEXO: 01A


VISTA EXPLODIDA

PINO METÁLICO
(OPCIONAL)


DISPOSITIVO
OPCIONAL DE
SEGURANÇA



1º MANCAL
DE SAFIRA




2º MANCAL
DE SAFIRA



3º MANCAL
DE SAFIRA

UNIDADE DE MEDICAO BASICA - UMB



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 013, DE 18 DE janeiro DE 2007



FABRICANTE:

SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.


COTAS EM:

ESCALA:
S/E

VISTA EXPLODIDA
HIDROMETRO UNIJATO MAGNÉTICO IU-T3
Qn= 1,5m³/h DN15 e 20mm CLASSE A(V) B(H) ou B(H)

ANEXO:
02A

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 013, DE 18 DE janeiro DE 2007.



FABRICANTE:

SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

COTAS EM:

VISTA DO EXTERNA E MARCA DE SELAGEM

HIDROMETRO UNIJATO MAGNÉTICO IU-T3

$Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ DN15 e 20mm CLASSE A(V) B(H) ou B(H)

ESCALA:

S/E

ANEXO:

03A