

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR-MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 151, de 18 de Junho de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no uso de suas atribuições,

Considerando as informações e documentos submetidos à análise, constantes do processo Inmetro n.º 52600.036910/2006, para provar conformidade com as prescrições estabelecidas pela Portaria Inmetro n.º 066, de 13 de abril de 2005, resolve:

Autorizar, a título precário, a EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A, a executar os ensaios metrológicos prescritos para a verificação após reparo (Posto de Ensaio Autorizado) de Medidores de Energia Elétrica Eletromecânico, de acordo com os característicos e condições descritos a seguir.

1 AUTORIZAÇÃO PARA POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO NÚMERO: PSP37

2 CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE ENSAIO:

2.1 Organização: EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A

2.2 Endereço: Avenida Paulista, 2439 – 5º andar – Cerqueira César
CEP 1311-936 - São Paulo - SP

2.3 Instrumento: Medidores de Energia Elétrica Eletromecânico, conforme características constantes na tabela do subitem 2.8 desta portaria.

2.4 Quantidade anual de instrumentos: 4.560

2.5 Laboratório: RAINBOW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA

2.6 Endereço: Av. Quatorze de Setembro, 950
CEP 19014-000 - Presidente Prudente – SP

2.7 Capacidade estimada anual do laboratório: 84.216

2.8 Identificação dos tipos de Medidores de Energia Elétrica Eletromecânico a que se refere a autorização:

Tensão nominal	Corrente nominal	Frequência nominal	Número de fios	Número de elementos motores	Classe de exatidão
120 V	15 A	60 Hz	2	1	2
120 V	15 A	60 Hz	3	2	2
120 V	15 A	60 Hz	4	3	2
120 V	2,5 A	60 Hz	4	3	2
120 V	30 A	60 Hz	4	3	2

240 V	15 A	60 Hz	2	1	2
240 V	15 A	60 Hz	3	1	2
240 V	15 A	60 Hz	4	3	2
240 V	2,5 A	60 Hz	3	2	2

3 CONDIÇÕES:

3.1 Na execução do reparo dos Medidores de Energia Elétrica Eletromecânico, a empresa deve observar que sejam mantidas as características originais de construção e de desempenho do instrumento de medição, relativas ao respectivo modelo aprovado pelo Inmetro.

3.2 Os ensaios metrológicos a serem realizados pela empresa são os estabelecidos no subitem 5.4 do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro n.º 088/2006.

3.3 A presente autorização está vinculada à manutenção da capacidade de execução dos ensaios para os grupos de medidores autorizados e do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação metrológica, em especial as prescrições da Portaria Inmetro n.º 066, de 13 de abril de 2005.

3.4 A marca de selagem (lacre) utilizada pela empresa deve conter o número da autorização especificado no item 1 desta portaria.

3.5 Constitui motivo para validade e eficácia da presente Portaria, a superveniência de ato, fato ou norma que impossibilite a execução de contrato entre a organização de distribuição e o laboratório a que se refere esta portaria.

4 ENTRADA EM VIGOR:

4.1 Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro