

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 258, de 28 de setembro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro e considerando o que consta no Processo Inmetro n.º 52600.002381/2007-81, resolve;

Art. 1º - Alterar os itens 1.5 (Tensão nominal), 1.9 (Constante do disco) e 1.18 (Tampa) da Portaria Inmetro/Dimel n.º 063, de 25 de abril de 2006, de aprovação do modelo MV202A, de medidor de energia elétrica ativa de indução polifásico, marca Actaris, fabricado por Actaris Ltda., da seguinte forma:

1.5 Tensão nominal: 120 V ou 240 V;

1.9 Constante do disco: 7,2 Wh/r para 120 V ou 14,4 Wh/r para 240 V;

1.18 Tampa: Vidro ou policarbonato.

Art. 2º - Acrescentar os itens 1.19 e 1.20 à Portaria Inmetro/Dimel n.º 063, de 25 de abril de 2006, da seguinte forma:

1.19 Tampa do bloco de terminais: Aço ou policarbonato;

1.20 Relação do registrador: 13 % para 120 V e 240 V.

Art. 3º - Os desenhos anexos à presente portaria são:

Anexo 01/05 – Vista frontal; 120 V e 240 V;

Anexo 02/05 – Plano de selagem; 120 V e 240 V;

Anexo 03/05 – Placa de identificação; 120 V e 240 V;


Anexo 04/05 – Dimensões externas; 120 V e 240 V;

Anexo 05/05 – Esquema de ligações; 120 V e 240 V.

Art. 4º - A presente alteração está condicionada à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel n.º 063, de 25 de abril de 2006.


Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 258, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.

	FABRICANTE:	ACTARIS LTDA	COTAS EM: S/C
	MODELO MV202A - POLIFÁSICO – 120 V E 240 V		ESCALA: S/E
	VISTA FRONTAL		ANEXO: 01/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 258, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA


MODELO MV202A - POLIFÁSICO – 120 V E 240 V

PLANO DE SELAGEM

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02/05




MV 202A 3 FASES 3 FIOS 2 ELEMENTOS
60Hz 120V 15A I_{max}.120A Kd 7,2 Wh/r

2005

CL 2

Indústria Brasileira



MV 202A 2 FASES 3 FIOS 2 ELEMENTOS
60Hz 240V 15A I_{max}.120A Kd 14.4 Wh/r

2005

CL 2

Indústria Brasileira

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 258, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA


COTAS EM:
S/C

MODELO MV202A - POLIFÁSICO – 120 V E 240 V

ESCALA:
S/E

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

ANEXO:
03/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 258, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.



FABRICANTE:

ACTARIS LTDA


MODELO MV202A - POLIFÁSICO – 120 V E 240 V

DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
1.2

ANEXO:
04/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 258, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.

	FABRICANTE:	ACTARIS LTDA	COTAS EM: S/C
	MODELO MV202A - POLIFÁSICO – 120 V E 240 V		ESCALA: S/E
	ESQUEMA DE LIGAÇÕES		ANEXO: 05/05