

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 314, de 22 de outubro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, o modelo SAGA 1000-1681-A de medidor eletrônico de energia elétrica, marca LANDIS+GYR, conforme as condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

1.1 Nome: LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

1.2 Endereço: Rua Hasdrubal Bellergerd n.º 400, Curitiba – PR.

CEP 81460-120

2 FABRICANTE

2.1 Nome: LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

2.2 Endereço: Rua Hasdrubal Bellergerd n.º 400, Curitiba – PR.

CEP 81460-120

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

3.1 Descrição: Medidor eletrônico de energia elétrica ativa e reativa, polifásico.

3.2 Marca: LANDIS+GYR

3.3 Modelo: SAGA 1000-1681-A

4 CARACTERÍSTICAS DO MODELO

O modelo a que se refere a presente portaria possui as seguintes características:

4.1 Tensões nominais: 120 V e 240 V

4.2 Corrente nominal: 2,5 A

4.3 Corrente máxima: 10 A

4.4 Frequência nominal: 60 Hz

4.5 Número de elementos: 3

4.6 Número de fios: 4

4.7 Número de fases: 3

4.8 Constantes: 0,6 Wh/pulso e 0,6 varh/pulso

4.9 Formato (tipo de instalação): sobrepor

4.10 Classe de exatidão: C (0,2%)

4.11 Dispositivo indicador: Composto por Display LCD com 02 linhas de 32 caracteres. Modos de exibição conforme memorial descritivo constante do Processo Inmetro n.º 52600.003185/2005.

4.12 Dispositivo de calibração: LED

5 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

5.1 Conforme manual do usuário, desenhos, diagramas esquemáticos e documentação constantes do Processo Inmetro n.º 52600.003185/2005.

6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

A placa de identificação é apresentada em desenho anexo à esta portaria. O medidor deverá portar no mínimo, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições, marcadas de modo indelével:

6.1 Nome ou marca do fabricante;

6.2 Número de série;

6.3 Ano de fabricação;

6.4 Modelo;

6.5 Frequência e tensão;

6.6 Corrente nominal e máxima (esta entre parêntesis);

6.7 Número de fases;

6.8 Número de elementos de medição;

6.9 Número de fios;

6.10 Constantes;

6.11 Índice de classe;

6.12 Esquema de ligações;

6.12.1 O esquema de ligações deverá estar em local de fácil visualização quando da instalação do medidor, caso não conste da placa de identificação.

6.13 Espaço para identificação do usuário e para marca de aprovação de modelo;

7 PLANO DE SELAGEM

7.1 Conforme desenho anexo à esta portaria.

8 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA

8.1 ANEXO 01/05 – Vista frontal;

8.2 ANEXO 02/05 – Placa de identificação;

8.3 ANEXO 03/05 – Plano de selagem;

8.4 ANEXO 04/05 – Esquema de ligação;

8.5 ANEXO 05/05 – Dimensões externas.

9 VALIDADE


9.1 Esta portaria terá validade de 1 (um) ano, devendo o referido modelo, dentro deste período, ser submetido aos ensaios definidos no subitem 10.1.10 da NIE-DIMEL-036, rev.04.

10 ENTRADA EM VIGOR

10.1 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 314, DE 22 DE outubro DE 2007.



FABRICANTE:
LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Modelo SAGA 1000-1681-A
VISTA FRONTAL

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/05

**Landis+
Gyr⁺**


Landis+Gyr SAGA

3FASES 4FIOS 3EL 120V,240V
2,5(10)A 60Hz Ke0,3 Kh0,6 Cl 0,2



012345

SAGA1000
Mod. 1681-A
XXX-XXXX
MES/ANO
IND. BRAS.



Local destinado
para N° da Portaria
INMETRO

0000000000

Codificação do
fabricante
conforme manual

Área de identificação
do usuário

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 314, DE 22 DE outubro DE 2007.




FABRICANTE:
LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Modelo SAGA 1000-1681-A
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

COTAS EM:
S/C


ESCALA:
S/E

ANEXO:
02/05




DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 314, DE 22 DE outubro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	S/C
	Modelo SAGA 1000-1681-A	ESCALA:
	PLANO DE SELAGEM	S/E
		ANEXO:
		03/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 314, DE 22 DE outubro DE 2007.

	FABRICANTE: LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.		COTAS EM: S/C
	Modelo SAGA 1000-1681-A		ESCALA: S/E
	ESQUEMA DE LIGAÇÃO		ANEXO: 04/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 314, DE 22 DE outubro DE 2007.



FABRICANTE:
LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Modelo SAGA 1000-1681-A
DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/05