

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL N 366, de 14 de dezembro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

Considerando o Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/94;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600 028294/2007, apresentados por Weightech Comércio Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem Ltda;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 101/04, modificados pela Portaria Inmetro/Dimel nº 222/05, Portaria Inmetro/Dimel nº 229/05, Portaria Inmetro/Dimel nº 002/06, Portaria Inmetro/Dimel nº 010/06, Portaria Inmetro/Dimel nº 011/06, Portaria Inmetro/Dimel nº 165/06, Portaria Inmetro/Dimel nº 176/06, Portaria Inmetro/Dimel nº 190/06, Portaria Inmetro/Dimel nº 009/07, Portaria Inmetro/Dimel nº 024/2007, Portaria Inmetro/Dimel nº 062/07 e Portaria Inmetro/Dimel nº 143/07, relativos à aprovação do modelo , de dispositivo indicador eletrônico digital, classe de exatidão **III** , marca WEIGHTECH; e,

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art. 1º - Autorizar a alteração do modelo WT3000-I, versão mesa e parede em aço inoxidável, no que se refere à disposição das teclas no painel frontal dos instrumentos, conforme desenhos anexos à presente portaria.


Art. 2º - A presente autorização está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da respectiva portaria de aprovação de modelo.

Art. 3º - Incluir os desenhos anexos à presente portaria:

- 1 – Perspectiva do dispositivo indicador modelo WT3000-I
- 2 – Vista frontal do mostrador do dispositivo indicador modelo WT3000-I
- 3 – Vista posterior com plano de selagem do dispositivo indicador WT3000-I

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 366, DE 14 DE dezembro DE 2007.



FABRICANTE: FABRICANTE:


WEIGHTECH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM
LTDA.

COTAS EM:

PERSPECTIVA DO DISPOSITIVO INDICADOR MODELO
WT3000-I

ESCALA:

ANEXO:1



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 366, DE 14 DE dezembro DE 2007.



FABRICANTE:


FABRICANTE: WEGTECH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM LTDA

COTAS EM:

ESCALA:

VISTA FRONTAL DO MOSTRADOR DO DISPOSITIVO
INDICADOR MODELO WT3000-I

ANEXO:2



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 366, DE 14 DE dezembro DE 2007.



FABRICANTE:

WEIGHTECH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM
LTDA

COTAS EM:

ESCALA:

VISTA POSTERIOR COM PLANO DE SELAGEM DO
DISPOSITIVO INDICADOR MODELO WT3000-I

ANEXO:3