

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 32 ,de 07 de fevereiro de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro.

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994.

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600 002037/2005, apresentados pela firma requerente Marte Balanças e Aparelhos de Precisão Ltda.

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 247/2002, que aprova o modelo MB50K, classe de exatidão **II**, marca MARTE; e

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art. 1º - Autorizar a inclusão do modelo MB 16K, classe de exatidão **II**, marca MARTE, na Portaria INMETRO / DIMEL nº247 de 17 de dezembro de 2002.

Art. 2º - Alterar o quadro constante no subitem 1.4 da Portaria INMETRO / DIMEL nº 247 de 17 de dezembro de 2002 para o quadro descrito abaixo:

Modelo	Classe de Exatidão	Carga Máxima (Max) (kg)	Valor de Divisão de Verificação (e) (kg)	Valor de Divisão Real (d) (kg)	Carga Mínima (Min) (kg)	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (mm x mm)
MB 16 K	II	16,2	0,001	0,0001	0,002	360 x 270
MB 50 K	II	51	0,01	0,001	0,02	410 X 300

Art. 3º - A presente autorização está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da respectiva portaria de aprovação de modelo, com exceção do subitem 7.1.

Art. 4º - Alterar o texto do subitem 7.1 da Portaria INMETRO / DIMEL nº 247 de 17 de dezembro de 2002 para o texto citado abaixo:

“Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 02 (dois) anos, devendo os instrumentos, dentro deste período, retornarem ao Inmetro para a realização dos demais ensaios pertinentes aos Anexos II.A.5.3 e II.B.2.1, ambos relativos ao ensaio de temperatura, constantes da Portaria Inmetro nº 236/94.”

Art. 5º - O prazo de validade de 02 (dois) anos, citado no Art. 4º, terá início na data de assinatura da presente portaria.


Art. 6º - Incluir na presente portaria os desenhos anexos:

1- Vista em perspectiva do modelo MB 16K;

- 2- Vista em perspectiva do plano de selagem do modelo MB 16K;
- 3- Vista frontal do dispositivo indicador e teclados do modelo MB 16K;
- 4- Vista da placa de identificação do modelo MB 16K.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 32, DE 07 DE fevereiro DE 2008.



FABRICANTE:


MARTE BALANÇAS E APARELHOS DE PRECISÃO
LTDA.

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:01

Vista em perspectiva do modelo MB 16K



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 32, DE 07 DE fevereiro DE 2008.



FABRICANTE:


MARTE BALANÇAS E APARELHOS DE PRECISÃO
LTDA.

Vista em perspectiva do plano de selagem do modelo
MB16K

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO:02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº32, DE 07 DE fevereiro DE 2008.



FABRICANTE:

MARTE BALANÇAS E APARELHOS DE PRECISÃO
LTDA.

COTAS EM:

ESCALA:

Vista frontal do dispositivo indicador e teclados do modelo
MB16K

ANEXO: 03

MARTE BALANÇAS E APARELHOS DE PRECISÃO LTDA. C.N.P.J. 60.431.715/0001-20
 AV. FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO, 430 - S.R.S. - MG - TEL. (11) 3411-4500
 MODELO: MB 16K Nº DE SÉRIE: ... ANO: ...
 PORTARIA INMETRO/DIMEL/Nº .../... TEMPERATURA DE TRABALHO: 10 °C / 40 °C
 INTERDITADO PARA VENDA DIRETA AO PÚBLICO PRÉ-AQUECIMENTO: 30 Minutos
 CLASSE (D) Max ... g Min ... g e = ... g d = ... g

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 32, DE 07 DE fevereiro DE 2008.



FABRICANTE:

MARTE BALANÇAS E APARELHOS DE PRECISÃO LTDA.

COTAS EM:

ESCALA:

Vista da placa de identificação do modelo MB 16K

ANEXO: 04