

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 119, de 30 de abril de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600006159/2004, apresentados por Micronal S/A;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 181/2004, que aprova a inclusão da família de modelos AX, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, marca Mettler Toledo, na Portaria Inmetro/Dimel nº 200/2002, que aprova os modelos da família AT; e,

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art 1º - Autorizar a inclusão de novos modelos da família AX, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, classe de exatidão , marca Mettler Toledo, na Portaria Inmetro/Dimel nº 200/2002, conforme a tabela em anexo.

Art. 2º - Incluir o desenho anexo à presente portaria:

- Perspectiva dos modelos AX205, AX205DR, AX204, AX204DR, AX304, AX504 e AX504DR .

Art. 3º - A presente autorização está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da referida portaria de aprovação de modelo e portaria de modificação a ela vinculada.


Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

ANEXO – TABELA

TABELA – Características metrológicas.

Modelo	Classe de Exatidão	Carga Máxima (Max) (g)	Valor de Divisão de Verificação (e) (mg)	Valor de Divisão Real (d) (mg)	Carga Mínima (Min) (mg)	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga (mm)
AX205		220	1	0,01	1	80x80
AX205DR		81 220	1	0,01 0,1	1	80x80
AX204		220	1	0,1	10	80x80
AX204DR		81 220	1	0,1 1	10	80x80
AX304		310	1	0,1	10	80x80
AX504		510	1	0,1	10	80x80
AX504DR		81 510	1	0,1 1	10	80x80



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL nº 119, DE 30 DE abril DE 2008.



FABRICANTE:

METTLER TOLEDO

COTAS EM:

Título do Desenho:

Perspectiva dos modelos AX205, AX205DR, AX204,
AX204DR, AX304, AX504 e AX504DR

ESCALA:

ANEXO: 01