

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 303, de 06 de outubro de 2008.

(1º Aditivo à portaria Inmetro/Dimel nº 010/1998)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600.039195/2008, apresentados por Cardiotech Latin América Comercial Ltda;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 010, de 04 de março de 1998, que aprova, em caráter provisório, o modelo Health Clinic 2100, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, marca Cardio Tech International;

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art.1º - Prorrogar até 04 de março de 2010 o prazo de validade da Portaria Inmetro/Dimel nº 010/1998.

Art. 2º - A presente autorização está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da portaria de aprovação de modelo.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro