

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC**

**INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO**

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 387, de 01 de dezembro de 2008.

(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 202, de 08 de novembro de 2004)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

Considerando a recomendação 49 da OIML atendida pelos relatórios constantes no Processo Inmetro nº 52600.008404/2008;

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro n.º 52600.008404/2008, com vistas à inclusão do modelo 8732E de conversor eletrônico na Portaria Inmetro/Dimel n.º 202, de 08 de novembro de 2004 que aprova o medidor de vazão eletromagnético e o dispositivo indicador, marca Rosemount, modelos 8721 e 8732 respectivamente, resolve:

Art. 1º - Alterar os subitens 1.4 e 5.3 da Portaria Inmetro/Dimel nº 202, de 08 de novembro de 2004, que passam a ter as seguintes redações:

“1.4 Dispositivo Indicador: Conversor eletrônico de sinal modelo – 8732 ou 8732E – Marca: Rosemount.” (NR)

“5.3 Conversor eletrônico de sinal – modelo 8732.” (NR)

Art. 2º - Incluir os subitens 3.2, 5.5, 5.6 e 5.7 e os desenhos anexos a esta portaria, na Portaria Inmetro/Dimel nº 202, de 08 de novembro de 2004, com as seguintes redações:

“3.2 Periodicidade da verificação: As verificações metrológicas serão realizadas anualmente.”

“5.5 Conversor eletrônico de sinal – modelo 8732E – Vistas.”

“5.6 Conversor eletrônico de sinal – modelo 8732E – Opções de Montagem.”

“5.7 Conversor eletrônico de sinal – modelo 8732E – Placas Eletrônicas.”


Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro



Medidor de vazão eletromagnético
Série-E.

TRANSMISSOR 8732E REMOTO



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO / DIMEL Nº 387, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008



FABRICANTE: Rosemount Inc
REQUERENTE: Emerson Process Management


CONVERSOR ELETRÔNICO DE SINAL
MODELO 8732E – MARCA ROSEMOUNT
VISTAS

COTAS EM:
mm


ESCALA:
n/d

ANEXO:
05

MONTAGEM INTEGRAL DO TRANSMISSOR 8732E



TRANSMISSOR 8732E



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO / DIMEL Nº 387, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008



FABRICANTE: Rosemount Inc
REQUERENTE: Emerson Process Management

CONVERSOR ELETRÔNICO DE SINAL
MODELO 8732E – MARCA ROSEMOUNT
OPÇÕES DE MONTAGEM

COTAS EM:
mm

ESCALA:
n/d

ANEXO:
06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO / DIMEL Nº 387, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008



FABRICANTE: Rosemount Inc
REQUERENTE: Emerson Process Management

CONVERSOR ELETRÔNICO DE SINAL
MODELO 8732E – MARCA ROSEMOUNT
PLACAS ELETRÔNICAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
n/d

ANEXO:
07