



Portaria Inmetro/Dimel n.º 187, de 02 de junho de 2009.
(1º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 358/2007)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro n.º 52600.049206/2008, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel n.º 358, de 27 de novembro de 2007, que aprova os modelos SPECTRUM S-2,5 DAR, SPECTRUM S-2,5 DAT-R, SPECTRUM S-2,5 X e SPECTRUM S-2,5 FX, de medidor eletrônico de energia elétrica, polifásico, classe de exatidão C, marca NANSEN, resolve:

Art. 1º - Alterar o subitem 4.1 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 358, de 27 de novembro de 2007, que passa a ter a seguinte redação:

...

“4.1 Tensões nominais: 120 V e/ou 220 V” (NR)

...

Art. 2º - Alterar o subitem 9.1 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 358, de 27 de novembro de 2007, que passa a ter a seguinte redação:

“9.1 Esta Portaria terá validade até 07 de dezembro de 2012.” (NR)

Art. 3º - Autorizar a inclusão da logomarca do Inmetro na placa de identificação os modelos SPECTRUM S-2,5 DAR, SPECTRUM S-2,5 DAT-R, SPECTRUM S-2,5 X e SPECTRUM S-2,5 FX, conforme o ANEXO 03/05 desta Portaria, em atendimento ao Art. 6º da Portaria Inmetro n.º 284, de 11 de agosto de 2008.

Art. 4º - Substituir nos subitens 8.1 e 8.3, do item 8 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 358, de 27 de novembro de 2007, os desenhos pelos anexos a esta Portaria:

...

“8.1 ANEXO 01/05 – Vista frontal;

...

8.3 ANEXO 03/05 – Placas de identificação;” (NR)

...






Art. 5º - As alterações nos modelos SPECTRUM S-2,5 DAR, SPECTRUM S-2,5 DAT-R, SPECTRUM S-2,5 X e SPECTRUM S-2,5 FX a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes da Portaria Inmetro/Dimel nº 358, de 27 de novembro de 2007.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 187, DE 02 DE JUNHO DE 2009.



FABRICANTE:

NANSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO


MODELOS SPECTRUM S-2,5 (DA-R, DAT-R, X e FX)

VISTA FRONTAL

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01/05




TENSÕES:
120V
220V
120V , 220V

CORRENTE:
2,5(10)A

XXX:
DAR
DAT-R
X
FX

NÚMERO ELEMENTOS	NÚMERO FASES	NÚMERO FIOS
2	2	3
3	3	4



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 187, DE 02 DE JUNHO DE 2009.



FABRICANTE:
NANSSEN S/A INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

MODELOS SPECTRUM S-2,5 (DA-R, DAT-R, X e FX)

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

COTAS EM:
S/C

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03/05