



Portaria Inmetro/Dimel nº 0019, de 28 de janeiro de 2010.
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel 282/2009)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600.056804/2009, apresentados por NCR Brasil Ltda.;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 282, de 27 de julho de 2009, que aprova o modelo NCR 7874-5000, de instrumento de pesagem não automático, com dispositivo de leitura de códigos de barras, classe de exatidão **III**, marca NCR; e,

Considerando o resultado da análise realizada por este Instituto, resolve:

Art.1º - Incluir o modelo NCR 7874-5001, de instrumento de pesagem não automático, com dispositivo de leitura de códigos de barras, classe de exatidão **III**, marca NCR, na Portaria Inmetro/Dimel nº 282/2009, conforme as características constantes da tabela abaixo:

Modelo	Classe de Exatidão	Carga Máxima (Max)	Valor de Divisão de Verificação (e)	Carga Mínima (Min)	Limites particulares de temperatura	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga
		(kg)	(kg)	(kg)	(... °C...°C)	(mm x mm)
NCR 7874-5001	III	15	0,005	0,1	0 / 40	280 x 325



Art. 2º - Incluir o desenho anexo à presente portaria:

1- Vista, com localização de fixação, da placa de identificação do modelo NCR 7874-5001.

Art.3º- A presente inclusão está condicionada à manutenção das demais exigências constantes da referida portaria de aprovação de modelo.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Dimas
MC/mc
NCR_056804_09 (Portaria)



Fabricante: HCR

Representante: HCR Brasil Ltda

CHP J: 33.033.440/0001-02

Rua Dr. Rafael de Barros, 209

CEP 04003-041 - São Paulo - SP

Modelo: 7874-500 1


Ilo série: 99-99999999

Portaria Inmetro/Dimel no. 282/2009

Max = 15,000 kg Min = 0,100 kg e=d=0,005 kg

Classe: (E)

**Identificação localizada sob o
prato de pesagem*



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0019 DE 28 DE JANEIRO DE 2010



FABRICANTE: NCR BRASIL LTDA.

COTAS EM:

Vista, com localização de fixação, da placa de identificação do modelo NCR 7874-5001.

ESCALA:

ANEXO:01