



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0184, de 27 de julho de 2010.
(2º aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 113/2009)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores eletrônicos de energia elétrica, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 431/2007,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro n.º 52600.013987/2010, com vistas a alteração da Portaria Inmetro/Dimel n.º 113, de 27 de março de 2009, que aprova os modelos A102C RC e A100C RC, de medidores eletrônicos de energia elétrica, monofásicos, classe de exatidão B, marca ELSTER, resolve:

Art. 1º - Autorizar novo leiaute para as placas de identificação dos modelos A102C RC e A100C RC, conforme desenhos anexos à presente Portaria.

Art. 2º - Substituir no subitem 10.1 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 113, de 27 de março de 2009, os ANEXO 03/08 e ANEXO 04/08 pelos desenhos anexos a esta Portaria:

...

“- ANEXO 03/08 – Placas de identificação do modelo A102C RC;
- ANEXO 04/08 – Placas de identificação do modelo A100C RC;” (NR)

...

Art. 3º - As alterações nos modelos A102C RC e A100C RC a que se refere a presente Portaria, estão condicionadas à manutenção das demais características constantes das Portarias Inmetro/Dimel ^{nos} 113, de 27 de março de 2009 e 491, de 18 de dezembro de 2009.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM 120 V

C2 C3	r1 r2 r3	kvarh kWh Kh=1Wh/PULSO Kh=1varh/PULSO
ESQUEMA DE LIGAÇÃO CONF. DEFINIDO NO ANEXO 07/08 DA PORTAIA INMETRO/DIMEL Nº 113/2009	 elster A102C RC	 PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 113/2009
ANO 2009 CAT: A09999	120V 1 FASE 1 EL. 2 FIOS 15(100)A CLASSE B 60Hz	
CÓDIGO DE BARRAS NÚMERO DE SÉRIE		
INDÚSTRIA BRASILEIRA		

ESPAÇO RESERVADO PARA INFORMAÇÕES DO CLIENTE

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM 240 V

C2 C3	r1 r2 r3	kvarh kWh Kh=1Wh/PULSO Kh=1varh/PULSO
ESQUEMA DE LIGAÇÃO CONF. DEFINIDO NO ANEXO 07/08 DA PORTAIA INMETRO/DIMEL Nº 113/2009	 elster A102C RC	 PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 113/2009
ANO **** CAT: A09999	240V 1 FASE 1 EL. 2 FIOS 15(100)A CLASSE B 60Hz	
CÓDIGO DE BARRAS NÚMERO DE SÉRIE		
INDÚSTRIA BRASILEIRA		

ESPAÇO RESERVADO PARA INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0184, DE 27 DE JULHO DE 2010.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.	S/C
	Modelo A102C RC	ESCALA:
	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	S/E
		ANEXO:
		03/08

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM 120 V

C2 C3	r1 r2 r3	kWh Kh=1Wh/PULSO
ESQUEMA DE LIGAÇÃO CONF. DEFINIDO NO ANEXO 07/08 DA PORTAIA INMETRO/DIMEL N° 113/2009	 elster A100C RC	 INMETRO PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 113/2009
ANO 2009 CAT: A09999	120V 1 FASE 1 EL. 2 FIOS 15(100)A CLASSE B 60Hz	
CÓDIGO DE BARRAS NÚMERO DE SÉRIE		
INDÚSTRIA BRASILEIRA		

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM 240 V

C2 C3	r1 r2 r3	kWh Kh=1Wh/PULSO
ESQUEMA DE LIGAÇÃO CONF. DEFINIDO NO ANEXO 07/08 DA PORTAIA INMETRO/DIMEL N° 113/2009	 elster A100C RC	 INMETRO PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 113/2009
ANO 2009 CAT: A09999	240V 1 FASE 1 EL. 2 FIOS 15(100)A CLASSE B 60Hz	
CÓDIGO DE BARRAS NÚMERO DE SÉRIE		
INDÚSTRIA BRASILEIRA		

ESPAÇO RESERVADO PARA
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 0184, DE 27 DE JULHO DE 2010.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ELSTER MEDIÇÃO DE ENERGIA LTDA.	S/C
	Modelo A100C RC	ESCALA:
	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	S/E
		ANEXO:
		04/08