



Portaria Inmetro/Dimel nº 0034, de 20 de Janeiro de 2011.
(3º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 223/2003)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº 52600.037620/2010, apresentados por Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 222/2003, que aprova os modelos 9094C/1, 9094C/2 e 9094C/3, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, com dispositivo de leitura de códigos de barra, classe de exatidão **III**, marca TOLEDO, para venda direta ao público;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 223/2003, que aprova os modelos 9094I/1, 9094I/2 e 9094I/3, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, classe de exatidão **III**, marca TOLEDO, com uso interditado para venda direta ao público; e,

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel nº 036/2006, que inclui os modelos 9094I/4, 9094I/5 e 9094I/6, dotados de múltiplas faixas, bem como os modelos 9094I/7, 9094I/8 e 9094I/9, dotados de valores de divisão múltiplos, classe de exatidão **III**, marca TOLEDO, de instrumento de pesagem não automático, na Portaria Inmetro/Dimel nº 223/2003; resolve:

Art. 1º - Incluir o modelo 9094 I, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, classe de exatidão **III**, marca TOLEDO, na Portaria Inmetro/Dimel nº 223/2003, conforme as características constantes da tabela a seguir:





Modelo	Classe de Exatidão	Carga Máxima (Max)	Valor de Divisão de Verificação (e)	Carga Mínima (Min)	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga
		(kg)	(g)	(g)	(mm)
9094 I	III	15	5	100	286 x 236


Art. 2º - Incluir os desenhos anexos a presente portaria:

- 1 - Perspectiva do modelo 9094 I;
- 2 - Vista do modelo 9094 I, versão mostrador operador;
- 3 - Vista frontal do dispositivo indicador do operador do modelo 9094 I;
- 4 - Plano de selagem do modelo 9094 I, com opcional de bateria;
- 5 - Vista frontal do teclado do modelo 9094 I;
- 6 - Vista da etiqueta de identificação do modelo 9094 I.

Art. 3º - A presente inclusão está condicionada à manutenção das demais exigências constantes das referidas portarias de aprovação de modelos e portarias a elas vinculadas.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

MAURICIO MARTINELLI RÉCHE
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro



DIMENSÕES DO DISPOSITIVO RECEPTOR DE CARGA
(L) = 236mm
(C) = 286mm

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0034 DE 20 DE JANEIRO DE 2011



FABRICANTE: TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS
LTDA.


PERSPECTIVA DOS MODELOS 9094 I

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO: 1

VERSÃO MOSTRADOR OPERADOR



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0034 DE 20 DE JANEIRO DE 2011



FABRICANTE: TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS
LTDA.

VISTA DOS MODELOS 9094 I, VERSÃO MOSTRADOR
OPERADOR

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO: 2

OPÇÃO 1

TOLEDO

Peso kg

Bateria Fraca Bateria Carregada

Zero Líquido

Máx = Min = e = d =



OPÇÃO 2

TOLEDO

Peso kg

Bateria Fraca Bateria Carregada

Zero Líquido

Máx = Min = e = d =



OPÇÃO 3

TOLEDO

Peso kg

Bateria Fraca Bateria Carregada

Zero Líquido

Máx = Min = e = d =



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0034 DE 20 DE JANEIRO DE 2011




FABRICANTE: TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA.

VISTA FRONTAL DO DISPOSITIVO INDICADOR DO OPERADOR DOS MODELOS 9094 I

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO: 3



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0034 DE 20 DE JANEIRO DE 2011




FABRICANTE: TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA.

PLANO DE SELAGEM DO MODELO 9094 I, COM OPCIONAL DE BATERIA

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO: 4



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0034 DE 20 DE JANEIRO DE 2011



FABRICANTE: TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS
LTDA.

VISTA FRONTAL DO TECLADO DO MODELO 9094 I


COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO: 5

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA . RUA MANOEL CREMONESI, 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - BRASIL CNPJ: 59.704.510/0001-92 INDÚSTRIA BRASILEIRA www.toledobrasil.com.br			
Modelo:	Ano:	Consumo:	Temperatura:
Série:		Portaria Inmetro/Dimel nº:	
Max :	e = d =	Min :	TOLEDO® 



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0034 DE 20 DE JANEIRO DE 2011



FABRICANTE: TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS
LTDA.

VISTA DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO MODELO 9094 I

COTAS EM:

ESCALA:

ANEXO: 6