



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0094, de 17 de março de 2011.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de termômetros utilizados na determinação da temperatura do álcool etílico (etanol) e suas misturas com água, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 0245/2000 e alterado pela Portaria Inmetro n.º 0003/2002, resolve:

Aprovar o tipo de termômetro de líquido em vidro, para determinação da temperatura do álcool etílico (etanol) e suas misturas com água, marca Hg de escala interna curta (EIC) e imersão total, e condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE / FABRICANTE

Nome: Termômetros e Densímetros Hg Ind. e Com. Ltda. EPP
Endereço: Rua Caramuru, 427/431

2 IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO

Instrumento de medição: Termômetro de líquido em vidro para álcool etílico (etanol) e suas misturas com água.

Marca: Hg.

Modelo (Tipo): escala interna curta.

País de origem: Brasil.

3 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

O tipo de termômetro a que se refere a presente Portaria possui as seguintes características:

Substância termométrica: Líquido orgânico azul ou vermelho (mistura de querosene e anilina);

Faixa nominal: - 10 °C a 50 °C;

Valor de uma divisão: 0,5 °C;

Numeração: a cada 5 °C;

Graduação: impressa na placa porta escala em fundo branco.

4 DESCRIÇÃO FUNCIONAL

4.1 Características: Termômetro de líquido em vidro de seção reta circular, vidro transparente, com capilar prismático ou redondo e imersão total.





4.2 Leitura: Deverá ser feita tomando como base a linha central do traço de graduação em relação ao menisco formado pela substância termométrica.

5 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

5.1 Conforme memorial descritivo, desenhos e documentação constantes do processo Inmetro n.º 52600.005619/2011.

6 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

6.1 O modelo, a que se refere a presente Portaria, deve portar, gravadas ou impressas de forma clara e indelével na placa porta escala, as seguintes inscrições:

- a) °C, gravado na parte superior direita da numeração da escala;
- b) Imersão Total;
- c) Brasil;
- d) Hg;
- e) Número de série e ano de fabricação;
- f) Número da portaria de aprovação de modelo, na forma: Portaria Inmetro/Dimel n.º 000/00 ou logotipo do Inmetro com o número da Portaria de aprovação de modelo e ano de aprovação, conforme anexo A da Portaria Inmetro n.º 0245/2000.

7 CONTROLE LEGAL DOS INSTRUMENTOS

7.1 O termômetro deve, previamente à sua colocação em serviço, ser objeto de um procedimento de verificação, conforme disposto no item 7.2 do regulamento técnico metrológico aprovado pela Portaria Inmetro n.º 0245/2000.

8 ANEXOS

- 8.1 Forma e dimensões do termômetro;
- 8.2 Forma e inscrições da escala do termômetro.


9 VIGÊNCIA

9.1 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Difiq
LF/lf
Hg_52600.005619_2011





DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 0094, DE 17 DE MARÇO DE 2011.



FABRICANTE:


Termômetros e Densímetros Hg Ind. e Com. Ltda. EPP

FORMA E DIMENSÕES DO TERMÔMETRO

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01



A= > 3
 B= > 5
 C= > 6
 D= LARGURA DO SUPORTE
 DA ESCALA

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N. ° 0094, DE 17 DE MARÇO DE 2011.



FABRICANTE:
Termômetros e Densímetros Hg Ind. e Com. Ltda. EPP

FORMA E INSCRIÇÕES DA ESCALA DO TERMÔMETRO

COTAS EM:
 mm

ESCALA:
 S/E

ANEXO:
 02