



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0188, de 22 de outubro de 2012.
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 235, de 3 de setembro de 2007)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 236, de 3 de setembro de 2007)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 237, de 3 de setembro de 2007)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 238, de 3 de setembro de 2007)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 239, de 3 de setembro de 2007)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 124, de 9 de abril de 2009)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 125, de 9 de abril de 2009)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 126, de 9 de abril de 2009)
(1º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 386, de 9 de outubro de 2009)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea “g”, da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidor de volume de água, tipo mecânico, a que se refere a Portaria Inmetro n.º 246, de 17 de outubro de 2000,

Considerando a solicitação constante do Processo Inmetro n.º 52600.007085/2012, com vistas à alteração das Portarias: Inmetro/Dimel n.º 235, de 3 de setembro de 2007; Inmetro/Dimel n.º 236, de 3 de setembro de 2007; Inmetro/Dimel n.º 237, de 3 de setembro de 2007; Inmetro/Dimel n.º 238, de 3 de setembro de 2007; Inmetro/Dimel n.º 239, de 3 de setembro de 2007; Inmetro/Dimel n.º 124, de 9 de abril de 2009; Inmetro/Dimel n.º 125, de 9 de abril de 2009; Inmetro/Dimel n.º 126, de 9 de abril de 2009 e Inmetro/Dimel n.º 386, de 9 de outubro de 2009, que aprovam os modelos M-170 e S-120, marca ESLTER, de medidor de volume de água, tipo mecânico, resolve:

Art. 1º - Alterar o subitem 4.1 das Portarias Inmetro/Dimel n.º 235/2007, n.º 236/2007, n.º 237/ 2007, n.º 238/ 2007, n.º 239/ 2007, n.º 124/ 2009, n.º 125/ 2009, n.º 126/2009 e n.º 386/ 2009, que passa a ter a seguinte redação:

“4.1 Dispositivo Indicador: mecânico, com 4 (quatro) ou, opcionalmente, 5 (cinco) cilindros ciclométricos para indicação de metros cúbicos e 3 (três) cilindros ciclométricos e 1 (um) ponteiro em escala circular para indicação de submúltiplos. Relojoaria a 45º ou plana.” (NR)

Art. 2º - Incluir os itens 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 nas Portarias Inmetro/Dimel n.º 235/2007, n.º 236/2007, n.º 237/ 2007, n.º 238/ 2007, n.º 239/ 2007, n.º 124/ 2009, n.º 125/ 2009, n.º 126/2009 e n.º 386/ 2009, com a seguinte redação:





Continuação da Portaria Inmetro/Dimel n.º 0188, de 22 de outubro de 2012.

...

- “6.4. Vista em corte da nova relojoaria plana;
6.5. Vista do “Layout” da nova relojoaria plana;
6.6. Vista do conjunto da nova relojoaria plana;
6.7. Vista lateral, frontal e plano de selagem da nova relojoaria plana.”(NR)

...


Art. 3º - Incluir os respectivos anexos constantes dos itens 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 nas Portarias Inmetro/Dimel n.º 235/2007, n.º 236/2007, n.º 237/ 2007, n.º 238/ 2007, n.º 239/ 2007, n.º 124/ 2009, n.º 125/ 2009, n.º 126/2009 e n.º 386/ 2009,

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Dgpro
isfranca
Elster34912





DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0188, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.



FABRICANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA.

VISTA EM CORTE DA NOVA RELOJOARIA PLANA


COTAS EM:
N/D

ESCALA:
N/D

ANEXO:
01



NOVO LAYOUT DO ADESIVO DA NOVA RELOJOARIA PLANA



NOVO LAYOUT DA NOVA RELOJOARIA PLANA COMPLETA

Opcionais:

- 1- Totalização máxima 99999,999m³ ou 9999,999m³.
- 2- Menor divisão de escala 0,0002m³
- 3- Logomarca do cliente.
- 4- Códigos de barras no mostrador

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0188, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.




FABRICANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA.

VISTA DO “LAYOUT” DA NOVA RELOJOARIA PLANA

COTAS EM:
N/D

ESCALA:
N/D

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0188, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.





FABRICANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA.

VISTA DO CONJUNTO DA NOVA RELOJOARIA PLANA.



COTAS EM:
N/D

ESCALA:
N/D

ANEXO:
03



VISTA DA SELAGEM DO MEDIDOR UNIJATO



VISTA DA SELAGEM DO MEDIDOR MULTIJATO

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0188, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.



FABRICANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA.

VISTA LATERAL, FRONTO E PLANO DE SELAGEM DA
NOVA RELOJOARIA PLANA

COTAS EM:
mm

ESCALA:
N/D

ANEXO:
04